

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

DC/DC Converter

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

TRACO ELECTRONIC Co. Ltd.
Sihlbruggstrasse 111, CH-6340 Baar, Switzerland

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

TRACO ELECTRONIC Co. Ltd.
Sihlbruggstrasse 111, CH-6340 Baar, Switzerland

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

☐ Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See page 2 for details.

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

TRACO POWER

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

/

Model / Type Ref.
Ref. De type

THP 3 series
See page 2 for details.

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page

The risk management requirements of the standard were not
addressed.

☒ Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60601-1:2005 (3rd Ed.) + A1:2012

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

T223-0521/14


This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



SIQ Ljubljana
Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
T +386 1 4778 100, F +386 1 4778 444, info@siq.si, www.siq.si
Product Certification Body is accredited by Slovenian Accreditation, Reg. No.: CP-001

Date: 2015-06-10

Signature: Alja Pregl



Ratings and principal characteristics:

Model name	Input voltage range	Rated input current	Output voltage	Output current
THP 3-2411	Nominal: 24 Vdc	160 mA	5 Vdc	600 mA
THP 3-2412	Range: 9-40 Vdc	160 mA	12 Vdc	250 mA
THP 3-2422	Input fuse: 1000 mA	160 mA	± 12 Vdc	± 125 mA
THP 3-2423		160 mA	± 15 Vdc	± 100 mA
THP 3-4811	Nominal: 48 Vdc	100 mA	5 Vdc	600 mA
THP 3-4812	Range: 18-80 Vdc	100 mA	12 Vdc	250 mA
THP 3-4822	Input fuse: 600 mA	100 mA	± 12 Vdc	± 125 mA
THP 3-4823		100 mA	± 15 Vdc	± 100 mA
THP 3-7211	Nominal: 72 Vdc	85 mA	5 Vdc	600 mA
THP 3-7212	Range: 36-160 Vdc	85 mA	12 Vdc	250 mA
THP 3-7222	Input fuse: 300 mA	85 mA	± 12 Vdc	± 125 mA
THP 3-7223		85 mA	± 15 Vdc	± 100 mA

Additional information (if necessary)**Information complémentaire (si nécessaire)**

This CB test certificate substitutes previously issued CB test certificate No. SI-3460, dated 2012-09-10 due to test report update.

Date: 2015-06-10

Signature: Alja Pregl

