

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

Product  
Produit

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.  
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,, peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page

A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Built-in type Power Supply

TRACO ELECTRONIC AG  
JENATSCHSTRASSE 1  
ZURICH, CH-8002 SWITZERLAND

☒ Additional Information on page 2  
See Page 2

TRACO POWER

TMT10105, TMT10109, TMT10112, TMT10115, TMT10124

☒ Additional Information on page 2

IEC 60601-1(ed.3)

E141988-A69-CB-1 issued on 2012-08-08

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification




- ☒ UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- ☐ UL (Denko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- ☐ UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- ☐ UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see [www.ul.com/ncbnames](http://www.ul.com/ncbnames)

Date: 2012-08-08

Signature:



Jolanta M. Wroblewska

## Factories:

## Ratings:

For Model TMT10105

Input: 115-230 V~, 50/60 Hz, 0.21-0.14 A,

Output: 5 Vdc, 2000 mA

For Models TMT10109

Input: 115-230 V~, 50/60 Hz, 0.21-0.14 A,

Output: 9 Vdc, 1120 mA

For Models TMT10112

Input: 115-230 V~, 50/60 Hz, 0.21-0.14 A,

Output: 12 Vdc, 840 mA

For Models TMT10115

Input: 115-230 V~, 50/60 Hz, 0.21-0.14 A

Output: 15 Vdc, 670 mA

For Models TMT10124

Input: 115-230 V~, 50/60 Hz, 0.21-0.14 A

Output: 24 Vdc, 420 mA

## Additional Information:

Risk Management was not included in this investigation.

Additionally evaluated to EN 60601-1:2006; National Differences specified in the CB Test Report. Build-in component.

## Additional information (if necessary)

## Information complémentaire (si nécessaire)



UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA

UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK

UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see [www.ul.com/ncbnames](http://www.ul.com/ncbnames)

Date: 2012-08-08

Signature:

Jolanta M. Wroblewska