

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

DC/DC Converter

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

TRACO ELECTRONIC Co. Ltd.
Sihlbruggstrasse 111, CH-6340 Baar, Switzerland

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

TRACO ELECTRONIC Co. Ltd.
Sihlbruggstrasse 111, CH-6340 Baar, Switzerland

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

☐ Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See page 2 for details.

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

TRACO POWER

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

/

Model / Type Ref.
Ref. De type

THB 6 series
See page 2 for details.

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page

The risk management requirements of the standard were not
addressed.

☒ Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60601-1:2005 (3rd Ed.) + A1:2012

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

T223-0525/14


This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



SIQ Ljubljana
Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
T +386 1 4778 100, F +386 1 4778 444, info@siq.si, www.siq.si
Product Certification Body is accredited by Slovenian Accreditation, Reg. No.: CP-001

Date: 2015-06-10

Signature: Alja Pregl



Ratings and principal characteristics:

Model name	Input voltage range	Rated input current	Output voltage	Output current
THB 6-1211	Nominal: 12 Vdc	570 mA	5 Vdc	1000 mA
THB 6-1212	Range: 9-18 Vdc	640 mA	12 Vdc	500 mA
THB 6-1222	Input fuse: 1200 mA	640 mA	± 12 Vdc	± 250 mA
THB 6-1223		640 mA	± 15 Vdc	± 200 mA
THB 6-2411	Nominal: 24 Vdc	280 mA	5 Vdc	1000 mA
THB 6-2412	Range: 18-36 Vdc	315 mA	12 Vdc	500 mA
THB 6-2422	Input fuse: 600 mA	315 mA	± 12 Vdc	± 250 mA
THB 6-2423		315 mA	± 15 Vdc	± 200 mA
THB 6-4811	Nominal: 48 Vdc	140 mA	5 Vdc	1000 mA
THB 6-4812	Range: 36-75 Vdc	155 mA	12 Vdc	500 mA
THB 6-4822	Input fuse: 300 mA	155 mA	± 12 Vdc	± 250 mA
THB 6-4823		155 mA	± 15 Vdc	± 200 mA

Additional information (if necessary)**Information complémentaire (si nécessaire)**

This CB test certificate substitutes previously issued CB test certificate No. SI-3459, dated 2012-09-10 due to test report update.

Date: 2015-06-10

Signature: Alja Pregl

